JCSS 0189

証明書番号　K26-235

校正証明書

依頼者名	千代田測器 株式会社 CHIYODA Tech Field
依頼者住所	埼玉県さいたま市緑区中野田1230－1
品名	トータルステーション
数量	1
機械番号	本　体：XR001967 プリズム：00567
製造業者及び型式	本　体：ソキア・トプコン　iX-1201 プリズム：ソキア・トプコン　APS12
校正項目	距離
校正方法	スマートインフラHW品質保証課「校正手順書」による
校正に用いた標準器	常用参照標準　633nm実用波長安定化He-Neレーザ装置 製造番号　US52140659
校正実施場所	東京都板橋区蓮沼町75－1 株式会社トプコン　スマートインフラHW品質保証課校正室
校正室の環境条件	次頁のとおり
校正年月日	2026年11月6日

校正結果は、次頁に示すとおりであることを証明します。

2026年11月6日

東京都板橋区蓮沼町75-1
株式会社トプコン
スマートインフラHW品質保証課

校正証明書発行責任者　竜田　治樹

・この証明書は、計量法第144条（第一項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。標章は、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
・株式会社トプコン スマートインフラHW品質保証課は、ISO/IEC 17025：2017に適合しています。

JCSS 0189

証明書番号　K26-235

校正結果

指示値 (m)	参照値 (m)	偏差 (mm)	拡張不確かさ(mm) (信頼の水準約95% k=2)
44.9889	44.98932	−0.4	0.5
38.3200	38.32041	−0.4	0.5
34.9998	35.00030	−0.5	0.5
32.2397	32.24018	−0.5	0.5
24.5602	24.56052	−0.3	0.5
20.0002	20.00037	−0.2	0.5
18.0802	18.08023	0.0	0.5
18.0003	18.00049	−0.2	0.5
17.5003	17.50059	−0.3	0.5
15.0002	15.00035	−0.1	0.5
13.7504	13.75049	−0.1	0.5
13.0001	13.00038	−0.3	0.5
12.5003	12.50043	−0.1	0.5
12.0000	12.00032	−0.3	0.5
11.2503	11.25055	−0.2	0.5
11.1997	11.19985	−0.2	0.5
9.9997	9.99990	−0.2	0.5
8.7503	8.75054	−0.2	0.5
5.0104	5.01047	−0.1	0.5

JCSS 0189

証明書番号　K26-235

1) 偏差は、指示値から参照値を引いた値である。

2) 校正結果は、被校正機器が「標準」としている大気の状態での値である。
なお、被校正機器が「標準」としている大気の状態は以下のとおりである。

気温	: 15.0℃
気圧	: 1013.00hPa
相対湿度	: 50%
CO2濃度	: 375ppm

3) 校正実施条件

測定日時　: 2026年11月6日　5:58　～　6:39

測定環境内の大気の状態 :

気温	: 19.9℃	～ 20.2℃
気圧	: 1001.04hPa	～ 1001.81hPa
相対湿度	: 34.4%	～ 34.7%

測定の詳細 :

距離測定モードは、

「　精密単回 / 0.1mm　」。

各点4読定目から13読定までの10読定にて算出。

以上