JSIMA

発行番号 JK08110901

適 合 証 明 書

下記 光波距離計は日本測量機器工業会が定める JSIMA 規格に基づく校正・検査認定制度における実用標準機に適合していることを証明します。

依　頼　者	：	千代田測器 株式会社 ＣＨＩＹＯＤＡ Ｔｅｃｈ Ｆｉｅｌｄ 殿
品　　名	：	ソキア・トプコン　ｉＸ－１２０１
機械番号	：	ＸＲ００１９６７
校正項目	：	反射プリズム
校正証明書番号	：	Ｋ２６－２３５
校正年月日	：	２０２６年１１月 ６日

２０２６年１１月 ９日

東京都文京区白山２－１２－１１

一般社団法人 日本測量システム工業会

検定センター

センター長　佐藤　和紀

校正証明書の有効期限は、校正日より１年間とします。また、この証書及び JCSS 校正証明書の全部または一部を、発行機関の事前の承認なしに、複製することは禁じられています。

証明書番号 JK 08110902

JSIMA

校 正 証 明 書

依 頼 者 名	千代田測器株式会社 CHIYODA Tech Field 殿
住 所	埼玉県さいたま市緑区中野田１２３０－１
品 名	トータルステーション
機 器 番 号	No. XR001967（トータルステーション）
	(RT1A No. 1042（反射シート）)
製 造 業 者 及 び 型 式	ソキア・トプコン iX-1201 （トータルステーション）
	(RS90N-K （反射シート）)
校 正 項 目	距離（測距機能：反射シート）
校 正 方 法	「JSIMA102 光波測距儀の近距離測距精度測定方法」による
校正に用いた標準器	長さ用633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置
	機器番号No. US52140659
校 正 室 の 環 境 条 件	温度20 ±5 ℃、湿度50 ± 20 %
校 正 年 月 日	2026年11月6日

校正結果は、２，３頁のとおりであることを証明します。

2026年11月6日

東京都文京区白山２－１２－１１
一般社団法人 日本測量システム工業会
検定センター
センター長 佐藤 和紀

この校正証明書は、JSIMA規格に基づく校正・検査認定事業で用いる実用標準機の校正結果を証明するものです。発行機関の事前の承諾なしにこの証明書の全部または一部分を複製して用いることは禁じられています。

証明書番号 JK 08110902

JSIMA

校 正 結 果

	参照値(m)	観測値(m)	偏差(mm)	備 考
1	5.0000	5.0002	0.2	
2	8.7500	8.7500	0.0	
3	11.2500	11.2502	0.2	
4	12.5000	12.5002	0.2	
5	13.7500	13.7502	0.2	
6	17.5000	17.5002	0.2	
7	20.0000	20.0003	0.3	
8	20.1000	20.1005	0.5	
9	20.2000	20.2002	0.2	
10	20.3000	20.3004	0.4	
11	20.4000	20.4004	0.4	
12	45.0000	45.0004	0.4	

JSIMA

校 正 結 果

1）偏差は、観測値から参照値を引いた値である。

2）被校正器が標準としている大気の状態

気温　　15　℃
気圧　　1013　hPa
相対湿度　　0　%

3）校正実施条件

測定時刻：

6:47　～　6:59

採用した測定値の詳細：

測定は、距離測定モードを精密測定モードとし、1読定目からの5読定の平均値を被校正器の観測値とした。

測定環境内の大気の状態：

気温　　20.2　～　20.3　℃
気圧　　1001.8　～　1002.2　hPa
相対湿度 34.6　～　34.6　%

証明書番号 JK 08110903

JSIMA

校 正 証 明 書

依 頼 者 名	千代田測器株式会社 CHIYODA Tech Field 殿
住 所	埼玉県さいたま市緑区中野田１２３０－１
品 名	トータルステーション
機 器 番 号	No.XR001967（トータルステーション）
	（基準ターゲット No.1（グレイカード白色面））
製 造 業 者	ソキア・トプコン iX-1201 （トータルステーション）
及 び 型 式	（コダックGrayCard （反射ターゲット））
校 正 項 目	距離（測距機能：ノンプリズム）
校 正 方 法	「JSIMA102 光波測距儀の近距離測距精度測定方法」による
校正に用いた標準器	長さ用633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置
	機器番号No. US52140659
校 正 室 の 環 境 条 件	温度20 ±5 ℃、湿度50 ± 20 %
校 正 年 月 日	2026年11月6日

校正結果は、２，３頁のとおりであることを証明します。

2026年11月6日

東京都文京区白山２－１２－１１
一般社団法人 日本測量システム工業会
検定センター
センター長 佐藤 和紀

この校正証明書は、JSIMA規格に基づく校正・検査認定事業で用いる実用標準機の校正結果を証明するものです。発行機関の事前の承諾なしにこの証明書の全部または一部分を複製して用いることは禁じられています。

証明書番号 JK 08110903

JSIMA

校 正 結 果

	参照値(m)	観測値(m)	偏差(mm)	備 考
1	5.0000	5.0013	1.3	
2	8.0000	8.0014	1.4	
3	10.0000	10.0017	1.7	
4	12.0000	12.0016	1.6	
5	13.0000	13.0016	1.6	
6	15.0000	15.0025	2.5	
7	16.5000	16.5014	1.4	
8	20.0000	20.0030	3.0	
9	20.1000	20.1031	3.1	
10	20.2000	20.2029	2.9	
11	20.3000	20.3026	2.6	
12	20.4000	20.4018	1.8	
13	45.0000	45.0014	1.4	

JSIMA

校 正 結 果

1）偏差は、観測値から参照値を引いた値である。

2）被校正器が標準としている大気の状態

気温　　15　℃

気圧　　1013　hPa

相対湿度　　0　%

3）校正実施条件

測定時刻：

7:06 ～ 7:17

採用した測定値の詳細：

測定は、距離測定モードを精密測定モードとし、1読定目からの5読定の平均値を被校正器の観測値とした。

測定環境内の大気の状態：

気温　　20.3 ～ 20.3 ℃

気圧　　1002.2 ～ 1002.2 hPa

相対湿度 34.6 ～ 34.6 %