

適合証明書

下記 光波距離計は日本測量機器工業会が定める JSIMA 規格に基づく校正・検査
認定制度における実用標準機に適合していることを証明します。

依頼者 : 千代田測器 株式会社
CHIYODA Tech Field 殿

品 名 : ソキア・トプコン iX-1201

機械番号 : XR001967

校正項目 : 反射プリズム

校正証明書
番 号 : K25-226

校正年月日 : 2025年11月 6日

2025年11月 7日

東京都文京区白山2-12-11

一般社団法人 日本測量機器工業会

検定センター

センター長 佐藤 和紀



校正証明書の有効期限は、校正日より1年間とします。また、この証書及び JCSS 校正証明書の
全部または一部を、発行機関の事前の承認なしに、複製することは禁じられています。

校正証明書

依頼者名	千代田測器株式会社 CHIYODA Tech Field 殿
住所	埼玉県さいたま市緑区中野田 1 2 3 0 - 1
品名	トータルステーション
機器番号	No. XR001967 (トータルステーション) (RT1A No. 1042 (反射シート))
製造業者 及び型式	ソキア・トプコン iX-1201 (トータルステーション) (RS90N-K (反射シート))
校正項目	距離 (測距機能: 反射シート)
校正方法	「JSIMA102 光波測距儀の近距離測距精度測定方法」による
校正に用いた 標準器	長さ用633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置 機器番号No. US52140397
校正室の 環境条件	温度20 ± 5 °C、湿度50 ± 20 %
校正年月日	2025年11月6日

校正結果は、2, 3 頁のとおりであることを証明します。


2025年11月6日

東京都文京区白山 2 - 1 2 - 1 1

一般社団法人 日本測量機器工業会

検定センター

センター長 佐藤 和紀



この校正証明書は、JSIMA規格に基づく校正・検査認定事業で用いる実用標準機の校正結果を証明するものです。発行機関の事前の承諾なしにこの証明書の全部または一部分を複製して用いることは禁じられています。

校正結果

[illegible]

校 正 結 果

1) 偏差は、観測値から参照値を引いた値である。

2) 被校正器が標準としている大気の状態

気温 15 °C

気圧 1013 hPa

相対湿度 0 %

3) 校正実施条件

測定時刻：

7:42 ~ 7:53

採用した測定値の詳細：

測定は、距離測定モードを精密測定モードとし、1読定目からの5読定の
平均値を被校正器の観測値とした。

測定環境内の大気の状態：

気温 21.2 ~ 21.2 °C

気圧 1017.2 ~ 1017.3 hPa

相対湿度 40.0 ~ 40.0 %

校正証明書

依頼者名	千代田測器株式会社 CHIYODA Tech Field 殿
住所	埼玉県さいたま市緑区中野田 1 2 3 0 - 1
品名	トータルステーション
機器番号	No. XR001967 (トータルステーション) (基準ターゲット No.1 (グレイカード白色面))
製造業者 及び型式	ソキア・トプコン iX-1201 (トータルステーション) (コダック GrayCard (反射ターゲット))
校正項目	距離 (測距機能: ノンプリズム)
校正方法	「JSIMA102 光波測距儀の近距離測距精度測定方法」による
校正に用いた 標準器	長さ用 633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置 機器番号 No. US52140397
校正室の 環境条件	温度 20 ± 5 °C、湿度 50 ± 20 %
校正年月日	2025年11月6日

校正結果は、2, 3 頁のとおりであることを証明します。

2025年11月6日

東京都文京区白山 2 - 1 2 - 1 1

一般社団法人 日本測量機器工業会

検定センター

センター長 佐藤 和紀



この校正証明書は、JSIMA規格に基づく校正・検査認定事業で用いる実用標準機の校正結果を証明するものです。発行機関の事前の承諾なしにこの証明書の全部または一部分を複製して用いることは禁じられています。

校正結果

[illegible]

校正結果

1) 偏差は、観測値から参照値を引いた値である。

2) 被校正器が標準としている大気の状態

気温 15 °C

気圧 1013 hPa

相対湿度 0 %

3) 校正実施条件

測定時刻：

8:02 ~ 8:14

採用した測定値の詳細：

測定は、距離測定モードを精密測定モードとし、1読定目からの5読定の
平均値を被校正器の観測値とした。

測定環境内の大気の状態：

気温 21.3 ~ 21.3 °C

気圧 1017.4 ~ 1017.5 hPa

相対湿度 40.0 ~ 40.0 %